

Taubaté, 24 de dezembro de 2025

Esclarecimento do Pregão Eletrônico nº 135/2025

“Aquisição de aparelhos médicos, equipamentos e mobiliários”

01)QUESTIONAMENTO: *“Item 2: MACA PARA EXAME GINECOLÓGICO-ESTOFADA, COM PORTACOXA, ESTRUTURA EM AÇO, SEM COMPARTIMENTOS, COM RODÍZIOS NOS 4 PÉS, DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 180 CM; LARGURA: 50 CM; ALTURA 89CM Será aceita dimensões aproximadas, como 1,80 x 0,60 x 0,80 (CXLXA)?”*

RESPOSTA: Conforme descritivo, as medidas mínimas para o item ofertado, deve ser de 180 CM; LARGURA: 50 CM; ALTURA 89CM, qualquer medida abaixo das propostas desqualifica o atendimento ao solicitado.

02)QUESTIONAMENTO: *Item 10: CADEIRA DE RODAS-CONFECCIONA EM AÇO; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS DE 24", INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO MÓVEIS; CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 90 KG Trata-se de um descritivo de uma cadeira da marca Jaguaribe modelo 1009 (conforme print), porém, na parte de apoio de braços móveis, foi alterado, onde **nenhum** modelo atenderia.*

Será aceito com braços fixos conforme descritivo original da fabricante?

RESPOSTA: Será aceito conforme descritivo original do fabricante, sendo possível encontrar outras marcas que atendem ao descritivo.



André Luiz Delamare Ferreira Pontes
Pregoeiro