



Universidade de Taubaté
Autarquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7555
e-mail.: compras@unitau.br

Taubaté, 27 de março de 2023.

Questionamentos do Pregão nº 05/2023

“Aquisição de autoclave hospitalar horizontal”

1 - QUESTIONAMENTO: “Informamos que esse tipo de equipamentos devido à sua complexidade na Fabricação independente da marca ou fabricante, com este prazo de entrega especificado de 30 (trinta) dias corridos, é impossível de ser cumprido, pois trata-se de equipamento de alta complexidade, por sua configuração construtiva demandar etapas de fabricação e pré inspeção, além de tratar-se de equipamento de grande porte, o que não possibilita sua estocagem.

São equipamentos de grande porte, que requer peças oriundas de importação, e fiscalização no seu processo de fabricação. Esses tipos de equipamentos são fabricados de acordo com o descritivo do Edital, portanto não se temem pronta entrega.

Diante dos fatos apresentados, qual a possibilidade de Alteração no prazo de Entrega do Edital para 60 (sessenta) dias, para que tenhamos igualdade na concorrência com os demais fornecedores?

No caso de NEGATIVA quanto a solicitação de alteração do prazo no Edital, será aceito pedido de PRORROGAÇÃO DE ENTREGA, SEM APLICAÇÃO DE MULTAS FINANCEIRAS ou PENALIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS?”

RESPOSTA: O vencedor, em caso de necessidade de prorrogação da data de entrega, DEVERÁ justificar seu pedido de prorrogação antes de findado o prazo da entrega, e esse pedido DEVE ser acompanhado de documentos hábeis com as devidas justificativas e acompanhado de cartas dos fabricantes com as devidas motivações para tal necessidade, indicando o novo prazo de entrega que será



UNITAU

analisado pela Universidade e concedido desde que os documentos sejam hábeis para tanto.

Universidade de Taubaté

Autorquia Municipal de Regime Especial
Reconhecida pelo Dec. Fed. nº 78.924/76
Recredenciada pelo CEE/SP
CNPJ 45.176.153/0001-22

Serviço de Licitações e Compras
Av. 09 de julho, nº 246 - Centro
Taubaté-SP
CEP 12020-200
Tel.: (12) 3632-8362/3632-7555
e-mail: comoras@unitau.br

2 - QUESTIONAMENTO: “Não identificamos literatura para esse material sinalizado abaixo (com revestimento BIDIM) que está sendo solicitado na câmara externa. Pode nos esclarecer ou se trata de aplicação de revestimento térmico na câmara externa?”

RESPOSTA: Trata-se de uma manta de revestimento da câmara externa do equipamento com objetivo de diminuir a condensação de vapor e irradiação de calor.

Lara Uemori

Pregoeira